



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ N° - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4246  
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



Gestão 2017/2020

**NOTA EXPLICATIVA**

Diante dos questionamentos enviados via e-mail pela empresa *Vena Vita LTDA*, interessada em participar do Pregão Presencial n° 033/2018, destinado a *AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL*, de que o item 10 do objeto do edital licitatório apresenta descrição para mais de um item e de que os itens 33 e 34 apresentam os valores estimados invertidos na planilha, seguem as seguintes considerações:

O **item 10** do objeto do edital do Pregão Presencial n° 033/2018 restou descrito equivocadamente, de forma que a última parte, onde lê-se "*Mesa Ginecológica com Cuba MDF Branco Estofamento Azul-Céu. Em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Cabeceira reclinável*", deve ser retirada do item, permanecendo como correta a seguinte descrição:

Item	Quant.	Unid.	Descrição
10	1,00	UN	BALANÇA PARA BEBE - Capacidade: 20kg. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco, Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica com desenho com temas infantis Alimentação 220v ou bivolt.

Os **itens 33 e 34** da Planilha de valor estimado, de fato, se encontram com os valores invertidos, sendo correto:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
33	1,00	UN	JATO DE BICARBONATO - Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Espessura de 3 mm, com plástico injetado, Internamente com instalação de unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo que indique o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios permite mais ou menos potência. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência que não permita as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C. Com três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - Peça de mão do jato de bicarbonato removível	2.680,00	2.680,00

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas".



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. **Ibicuí**, S/ N° - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4246  
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



Gestão 2017/2020

			e esterilizável em autoclave até 134° C. Filtro de ar com saída para o dreno Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.		
34	1,00	UN	JATO DE BICARBONATO Aparelho com ação mecânica de emissão de jato de cristais bicarbonato de sódio, impulsionado por ar e água sob pressão. Design ergonômico. Confeccionado em alumínio, plástico e borracha, dimensões mínimas de 160 mm / 55mm/40mm, peso superior a 120g, consumo máximo de bicarbonato 2.4 g a 3.2 g/ min, autoclavável até 135°C, reservatório de bicabornato de 10g. Garantia de 2 anos, assistência técnica em 100km	390,00	390,00


Dilermando de Aguiar, 19 de novembro de 2018.

Membros da Comissão de Licitação:


  
Edmara Teixeira Freire

  
Jenifer Silva da Costa

  
Carla Liziane P. Ilha

  
José Claiton Sauzem Ilha  
Prefeito Municipal

Visto em: 19/11/2018

  
Lairiane Simão  
OAB/RS 73.900  
Procuradora Jurídica

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas".