



NOTA EXPLICATIVA

Diante do questionamento enviado via e-mail pela empresa *Vena Vita LTDA*, interessada em participar do Pregão Presencial nº 033/2018, destinada a *AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL*, de que o item 8 do certame não apresenta a litragem desejada, segue a seguinte consideração:

O Item 8 – AUTOCLAVE, indicada para esterilização de instrumentais termo resistentes através de vapor saturado. Tampa com fechamento triplo estágio por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, que não necessita de tubulação para drenagem de água, que possua no mínimo 8 ciclos pré-programados de esterilização, além de ciclo extra para secagem, no mínimo 5 ciclos de secagem com porta fechada. Que atinja as temperaturas esterilização de 121°, 127° e 134°, com acompanhamento através de painel digital com avisos visuais, que utilize água limpa a cada ciclo, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, de acordo com os orçamentos que servirão para cálculo do valor estimado em R\$ 3.630,80 refere-se ao bem de no mínimo 42 litros.

Dilermando de Aguiar, 16 de novembro de 2018.

Membros da Comissão de Licitação:



Edimara Teixeira Freire


Jenifer Silva da Costa


Rejane Jacques Capuano


José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal

Visto em: 16/11/2018


Lairiane Simão
OAB/RS 73.900
Procuradora Jurídica